



单一来源采购方式专业人员论证意见

<p>专业人员信息</p>	<p>姓名: 赵永号</p>	
	<p>职称: 副主任医师</p>	
	<p>工作单位: 济宁市第二人民医院</p>	
<p>项目信息</p>	<p>项目名称: 济宁市第二人民医院主动脉内球囊导管及附件采购项目单一来源</p>	
	<p>供应商名称: 山东欧帆商贸有限公司</p>	
<p>专业人员论证意见</p>	<p>我院现用德诺斯牌 野的 CARDIOSAVE Hybrid 是主动脉球囊反搏泵, 所用耗材经过市场调研为在机专用耗材, 无其他适配产品, 山东欧帆商贸有限公司为唯一耗材在济宁市第二人民医院唯一授权经销商, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定, “只能从唯一供应商处采购的” 现提出建议本项目采用单一来源方式进行采购。</p>	
<p>专业人员签字</p>		<p>日期: 2026.5.15</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

<p>专业人员信息</p>	<p>姓名： 刘后光</p>	
<p></p>	<p>职称： 主治医师</p>	
<p></p>	<p>工作单位： 济宁市第二人民医院</p>	
<p>项目信息</p>	<p>项目名称： 济宁市第二人民医院主动脉内球囊导管及附件采购项目单一来源</p>	
<p></p>	<p>供应商名称： 山东欧帆商贸有限公司</p>	
<p>专业人员论证意见</p>	<p>我院现用德塔斯康生产的 CARDIOSAVE Hybrid 型主动脉内球囊反搏泵所用耗材经过市场调研为专用耗材，无其它适配产品，山东欧帆商贸有限公司为该耗材在济宁市第二人民医院唯一授权代理商，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定“只能从唯一供应商处采购的”的规定，建议本项目采用单一来源采购方式进行采购。</p>	
<p>专业人员签字</p>		<p>日期： 2026.5.15</p>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李方	
	职称: 工程师	
	工作单位: 济宁市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 济宁市第二人民医院主动脉内球囊导管及附件采购项目单一来源	
	供应商名称: 山东欧帆商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>我院现用德塔斯康生产的CARDIOSA VE Hybrid型主动脉内球囊反搏泵所用耗材经过市场调研为专用耗材,无其它适配产品。山东欧帆商贸有限公司为该耗材在济宁市第二人民医院唯一授权代理商。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定“只能从唯一供应商处采购”的规定,建议本项目采用单一来源采购方式进行采购。</p>	
专业人员签字	李方	日期: 2026.5.15

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写