

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘震	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 济宁市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 济宁市第二人民医院关节镜配套耗材一次性射频等离子手术电极采购项目	
	供应商名称: 华润济宁医药有限公司	
专业人员论证意见	因该科室成立“殷亮名医工作室”主要开展髋关节疾病的微创治疗术中需要采用50°射频,目前应用产品均为90°,不适于该手术。从临床手术需要来看,建议采购杰西慧中生产的PFS-100A型等离子专用耗材。	
专业人员签字	刘震	日期: 2026-9-10

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李方	
	职称: 工程师	
	工作单位: 济宁市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 济宁市第二人民医院关节镜配套耗材一次性射频等离子手术电极采购项目	
	供应商名称: 华润济宁医药有限公司	
专业人员论证意见	我院现用北京杰西慧中生产的RFS-100A型等离子手术设备配套使用耗材一次性射频等离子手术电极为专用耗材,经调研,市场上无可适配使用的产品。华润济宁医药有限公司为该产品在本院唯一授权供应商。该情形符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”的规定,建议本项目采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	李方	日期: 2020.9.7

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杜艳红	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 济宁市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 济宁市第二人民医院关节镜配套耗材一次性射频等离子手术电极采购项目	
	供应商名称: 华润济宁医药有限公司	
专业人员论证意见	我院现用北京杰西慧丰生产的RFS-100A型等离子手术设备配套使用耗材一次性射频等离子手术电极为专用耗材, 华润济宁医药有限公司为该产品在本院唯一授权供应商, 从临床需求, 建议采购RFS-100A型等离子专用耗材。	
专业人员签字	杜艳红	日期: 2026.9.10

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写